

湖南省环境保护厅

湘环评辐表〔2018〕89号

湖南省环境保护厅 关于对茶陵县人民医院核技术利用扩建 项目环境影响报告表的审批意见

茶陵县人民医院：

你医院提交的《茶陵县人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论

你医院位于茶陵县交通街43号，是一所集医疗、教学、科研、康复于一体的国家二级甲等综合医院。本次核技术利用扩建项目包括新增1台数字减影血管造影系统（DSA），属于II类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目是可行的。

二、在项目建设与运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行

机房建设，确保工程质量。

2、制定新增项目操作规程，修改完善放射事故预防措施及应急处理预案等辐射相关管理制度。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，建立规范的档案，加强档案管理。

4、将新增项目纳入医院辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅重新办理辐射安全许可证，并做好环保竣工自主验收工作。

四、株洲市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。



抄送：株洲市环境保护局。