

湖南省环境保护厅

湘环评辐表〔2018〕104号

湖南省环境保护厅

关于对衡阳英博中西医结合肿瘤医院核技术 利用建设项目环境影响报告表的审批意见

衡阳英博中西医结合肿瘤医院：

你医院提交的《衡阳英博中西医结合肿瘤医院核技术利用建设项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新平村亭子山组，是一所集门诊、住院于一体的二级中西医结合肿瘤医院。你医院本次核技术利用项目为新建1台10MV医用直线加速器机房及辅助用房，加速器为Ⅱ类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的

影响是可以接受的。

二、在项目建设与运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、按照国家有关标准、规范和环评报告表的要求进行机房的建设，确保工程质量。

2、制订医院辐射事故应急预案文件、辐射管理制度和操作规程。

3、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和辐射培训工作，建立规范的档案，加强档案管理。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制订辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家相关法律法规要求，在项目建成后你医院须及时到我厅办理辐射安全许可证，并按规定开展环保竣工验收工作。

四、衡阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。



抄送：衡阳市环境保护局。