

# 湖南省生态环境厅

湘环评辐表〔2018〕122号

## 湖南省生态环境厅 关于对中南大学湘雅三医院核技术利用 扩建项目环境影响报告表的审批意见

中南大学湘雅三医院：

你医院提交的《中南大学湘雅三医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

### 一、项目概况与评价结论：

你医院位于长沙市桐梓坡路138号，是国家教育部重点高校——中南大学附属的大型综合性三级甲等医院。本次核技术利用扩建项目内容为新增2台医用血管造影X射线机（DSA），均属于II类射线装置。该项目已建，属于补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目是可行的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、修改完善辐射事故应急预案等辐射相关管理制度。

2、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，建立规范的档案，加强档案管理。

3、将新增项目纳入医院辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、你医院须尽快到我厅重新办理辐射安全许可证，并按有关规定做好环保竣工自主验收工作。

四、长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅  
2018年11月27日



抄送：长沙市环境保护局。