

湖南省生态环境厅

湘环评辐表〔2018〕118号

湖南省生态环境厅

关于对湖南德荣医疗健康产业有限公司核技术 利用扩建项目环境影响报告表的审批意见

湖南德荣医疗健康产业有限公司：

你公司提交的《湖南德荣医疗健康产业有限公司核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你公司位于长沙市开福区四方坪街道三一大道303号永通佳苑A栋15楼1501房，属于湖南德荣医疗集团下属子公司之一，湖南德荣医疗集团是一家集医疗贸易、医疗物流配送、医疗项目投资运营和医疗电子商务于一体的综合型公司。本次核技术利用扩建项目包括新增销售后装机（含1枚¹⁹²Ir放射源，活度为3.7E+11贝可，属于Ⅲ类放射源）和3种Ⅲ类射线装置（具体名称见报告表）、在长沙医药健康产业园一楼仓库北侧新建一间DSA调试机房。

你公司提交报告表的格式和内容满足评审要求，评价结论可

信。报告表对开展核技术利用情况描述清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施可行。你公司在落实报告表各项辐射安全与防护措施后，该项目是可行的。

二、在项目建设和运行中，你公司应着重做好以下工作：

1、按照国家相关标准、规范和报告表的要求，进行 DSA 调试机房建设，严把项目质量关，确保工程质量。

2、制订 DSA 调试机房操作规程，修改完善公司辐射事故预防措施及应急处理预案等辐射相关管理制度；明确 DSA 调试机房只能用作 DSA 设备调试，不准开展 DSA 介入手术。

3、做好 DSA 调试机房工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，建立规范的档案，加强档案管理。

4、制订公司辐射监测计划，开展对 DSA 调试机房周边辐射环境的自主监测，确保辐射环境安全。

三、你公司在该项目投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照国家有关规定做好环保竣工自主验收工作。

四、长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2018 年 11 月 16 日

抄送：长沙市环境保护局。