

环评
X 1
1 1

衡阳市中心医院:

你医院提交的《衡阳市中心医院核技术利用改建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查,我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论:

你医院位于衡阳市雁城路10号,是一所集医疗、科研、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院。本项目环评内容为将原6MV加速器机房改建为10MV加速器机房,拟使用的10MV加速器属于II类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容满足评审要求,评价结论整体可信。报告表对开展核技术利用情况描述清楚,辐射污染因子和主要污染途径确定准确,辐射安全和防护措施可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后,该项目是可行的。

二、在项目建设与运行中,你医院应着重做好以下工作:

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房建设，严把建设质量关，确保工程质量。

2、严格按照报告表对 10MV 加速器辐射防护屏蔽的要求和措施组织施工，确保改建后机房辐射防护满足国家相关标准、规范的要求。

3、修改完善辐射安全与防护相关管理制度，增强其针对性和操作性。

三、按照国家有关规定，在项目改建完成后你医院须及时到我厅重新办理辐射安全许可证，并做好环保竣工自主验收工作。

四、衡阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。



抄送：衡阳市环境保护局。