

衡阳英博中西医结合肿瘤医院有限公司：

你单位《关于申请报批衡阳英博中西医结合肿瘤医院有限公司核技术利用扩建项目的请示》、湖南省生态环境事务中心《关于衡阳英博中西医结合肿瘤医院有限公司核技术利用扩建项目环境影响报告表技术评估意见》（湘环事评辐〔2021〕21号）、衡阳市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位在老楼二楼东南角建设介入科，使用1台北京万东 HHMC-160 型移动式 C 形臂 X 射线机，该设备属于 II 类射线装置，设备参数为：125kV/200mA。本项目总投资 300 万元，其中环保投资为 12.41 万元，占投资比例的 4.14%。

二、在项目运行管理中，你单位必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、你单位应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预

---

防、应急处理等规章制度。

2、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

3、做好机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施，机房应设置机械通风装置。

4、按照环评要求配备相应的辐射监测仪器，定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

5、按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年1月31日前提交上一年度的年度评估报告。

三、你单位应按要求尽快到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作。

四、衡阳市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。



抄送：湖南省辐射环境监督站，衡阳市生态环境局。