

湖南省生态环境厅

湘环评辐表〔2022〕34号

湖南省生态环境厅

关于湖南旺旺医院核技术利用改扩建项目

环境影响报告表的批复

湖南旺旺医院有限公司：

你单位报送的《关于湖南旺旺医院核技术利用改扩建项目申请环评批复的报告》、湖南省生态环境事务中心《关于湖南旺旺医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表的技术评估意见》（湘环事评辐〔2022〕32号）、长沙市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为进一步提升医院的医疗技术水平，改善患者医疗诊治条件，满足患者的诊疗需求，湖南旺旺医院拟在医疗大楼（一期）一楼介入科实施核技术利用改扩建项目。该项目主要内容为介入科更新1台及新增1台医用血管造影X射线机（DSA），更新的1台DSA拟更换介入科DSA机房1内现有的AXIOM ARTIS dTA型DSA（该设备计划报废），新增的1台DSA计划安装在拟改建DSA机房2。DSA属于II类射线装置，该两台设备参数均为125kV/1000mA。本项目总投资2000万元，其中环保投资120万元。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法

律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

2、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，应做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

3、做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施，机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

4、按照环评要求配备相应的辐射监测仪器，定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

5、按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照法定时限做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、长沙市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。



抄送：湖南省辐射环境监督站，长沙市生态环境局。