

湖南省生态环境厅

湘环评辐表〔2022〕83号

湖南省生态环境厅

关于岳阳市云溪区人民医院（岳阳市 四人民医院）新增一台医用直线加速器项目 环境影响报告表的批复

岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院）：

你医院报送的《关于申请审批岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院）新增一台医用直线加速器项目的请示》、湖南省生态环境事务中心《关于岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院）新增一台医用直线加速器项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2022〕83号）、岳阳市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院）拟在医院西部建设一栋单层建筑作为放疗中心，该放疗中心不设置病床数，放疗中心规划设置1间医用直线加速器机房及辅助用房，拟购置一台医用直线加速器，该加速器X射线能量有10MV（（普通模式）及6MV（具有FFF）两种模式。医用电子直线加速器为II类射线装

置。本项目总投资 4000 万元，其中环保投资 331.2 万元，占总投资的 8.28%

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好直线加速器机房的辐射防护工作，落实安全连锁装置、紧急停止装置以及警示装置等安全措施，机房应设置机械通风装置。

（四）加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（五）按照环评要求配备防护用品及相应的辐射监测仪器，定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（六）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射

安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、岳阳市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。



抄送： 湖南省辐射环境监督站，岳阳市生态环境局。