

湖南省生态环境厅
关于湖南省人民医院（湖南师范大学附属
第一医院）核技术利用改扩建项目
环境影响报告表的批复

湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）：

你医院报送的《关于对湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）核技术利用改扩建项目环境影响报告表进行审批的函》、湖南省生态环境事务中心《关于湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）核技术利用改扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2022〕102 号）、长沙市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为满足患者诊疗需要，促进医院科室全面协调发展，医院天心阁院区拟新购置一套 DSA+CT 一体化射线装置用以更换第一住院大楼一楼介入手术室一号手术间现有 DSA，并对一号手术间进行改造。由于手术间建设为 CT+DSA 一体化机房，因此其现有手术间的面积需扩大，而本项目一号手术间与二号手术间共用一号间操作室，操作室面积不变，则本项目一号手术间和操作间整体向二号手术间方向移动。二号手术间的改建另行环评，不在本次评价范围内。本项目拟新购一套 DSA+CT 一体化设备，其中 DSA

型号为 NeuAngio43C, 轨道 CT 型号为 Neuviz Extra, DSA 最大管电压为 125kV, 最大管电流 800mA, 轨道 CT 的最大管电压为 140kV, 最大管电流 667mA。本项目总投资 600 万元, 其中环保投资 60 万元, 占总投资的 10%。

二、在项目建设和运行管理中, 你医院必须严格执行环保法律法规, 认真落实报告表提出的各项污染防治措施, 并着重做好如下工作:

(一) 你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

(二) 做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作, 做到辐射工作人员持证上岗, 并建立规范的档案, 加强档案管理。

(三) 做好机房的辐射防护工作, 落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管, 严格操作规程和监测计划, 定期检查各项安全防护设施设备, 确保其正常运行。

(四) 定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测, 并妥善保存监测记录。

(五) 按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作, 发现安全隐患的, 应立即进行整改, 并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证, 并按照规定做好环保竣工验收工作, 按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、长沙市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2022 年 11 月 30 日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，长沙市生态环境局。