

湖南省生态环境厅

关于常德职业技术学院附属第一医院介入中心 建设项目环境影响报告表的批复

常德职业技术学院附属第一医院：

你医院报送的《关于常德职业技术学院附属第一医院介入中心建设项目环境影响报告表进行审批的申请报告》、湖南省生态环境事务中心《关于常德职业技术学院附属第一医院介入中心建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2022〕105号）、常德市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、常德职业技术学院附属第一医院拟将高山街院区住院部综合楼7楼闲置的办公用房改建为介入中心，新增一台医用血管造影X射线机（简称DSA），开展介入诊疗工作。DSA的设备参数为最大管电压125kV，最大管电流1000mA。DSA属于II类射线装置。本项目总投资900万元，其中环保投资45.6万元，占总投资的5.1%。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、常德市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2022 年 12 月 16 日

抄送：湖南省辐射环境监督站，常德市生态环境局。