

湖南省生态环境厅

关于永顺县人民医院核技术利用建设项目 环境影响报告表的批复

永顺县人民医院：

你医院报送的《关于申请永顺县人民医院核技术利用建设项目环评审批的报告》、湖南省生态环境事务中心《关于永顺县人民医院核技术利用建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2022〕110号）、湘西土家族苗族自治州生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为提高医院的整体医疗水平，永顺县人民医院拟在院内东南侧外科大楼前新建介入中心，内设1间数字减影血管造影系统（以下简称“DSA”）机房，拟新购1台型号为 Artis-zee-HDR-ceiling 的 DSA 配套使用。DSA 的设备参数为 125kV/1000mA。医院门诊大楼一层已许可的移动式 C 形臂 X 射线机（以下简称“中 C 臂”）具有介入功能，按照《射线装置分类》（环境保护部公告 2017 年第 66 号），该中 C 臂被明确为 II 类射线装置，永顺县人民医院同时完善该中 C 臂的相关手续。本台中 C 臂的型号为 OEC 9900 Elite，设备参数为 120kV/75mA。本项目总投资 800 万元，其

中环保投资 62.1 万元，占总投资的 7.76%。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好 DSA 机房和中 C 臂机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、湘西土家族苗族自治州生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023 年 1 月 6 日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，湘西土家族苗族自治州生态环境局。