关于湖湘中医肿瘤医院（长沙市岳麓区人民医院）新增一台6MV自屏蔽直线加速器核技术利用改扩建项目环境影响报告表的批复

湖湘中医肿瘤医院（长沙市岳麓区人民医院）：

你医院报送的《关于申请报批湖湘中医肿瘤医院（长沙市岳麓区人民医院）新增一台6MV自屏蔽直线加速器核技术利用改扩建项目环境影响报告表的请示》、湖南省生态环境事务中心《关于湖湘中医肿瘤医院（长沙市岳麓区人民医院）新增一台6MV自屏蔽直线加速器核技术利用改扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2023〕28号）、湖南湘江新区管理委员会农业农村和生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖湘中医肿瘤医院（长沙市岳麓区人民医院）始建于1956年，是由岳麓区政府主办的公立二甲医院、事业单位，医院位于长沙市岳麓区枫林二路220号。为改善医院就医条件，提高医院的总体竞争力，湖湘中医肿瘤医院拟将门诊大楼1楼原远距离放射治疗室改建为直线加速器机房，拟新增1台6MV医用自屏蔽直

线加速器（最大 X 射线能量为 6MV，最大 X 射线剂量率为 800MU/min），医用直线加速器属于 II 类射线装置。本项目总投资 4000 万元，其中环保投资 400 万元，占总投资的 10%。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好直线加速器机房的辐射防护工作，落实各项安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

（六）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建

设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、湖南湘江新区管理委员会农业农村和生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023年5月18日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，湖南湘江新区管理委员会农业农村和生态环境局。