

湖南省生态环境厅

关于浏阳市集里医院核技术利用改扩建项目 环境影响报告表的批复

浏阳市集里医院：

你医院报送的《浏阳市集里医院核技术利用改扩建项目申请环评批复的报告》、湖南省生态环境事务中心《关于浏阳市集里医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2023〕27号）、长沙市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、浏阳市集里医院创建于1956年，是一所以专科为特色的综合性公立二级医院。因医院现有DSA故障率较高，不能满足患者需求，为满足患者治疗需要，浏阳市集里医院拟在住院大楼十五楼将原术后苏醒室及消毒间之间的墙壁打通，并于打通后的房间中构架一钢龙骨加挂铅防护板的墙面，将此房间定为DSA介入治疗手术科室，并新增一台Artis zee III ceiling型DSA（最大管电压125kV，最大管电流1000mA）。DSA属于II类射线装置。本项目总投资400万元，其中环保投资44万元，占总投资的11%。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法

律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

（六）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按要求在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、长沙市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023 年 5 月 15 日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，长沙市生态环境局。