

关于益阳市中心医院住院医技综合大楼 DSA 机房核技术利用改扩建项目 环境影响报告表的批复

益阳市中心医院：

你医院报送的《关于益阳市中心医院住院医技综合大楼 DSA 机房核技术利用改扩建项目申请环评批复的报告》、湖南省生态环境事务中心《关于益阳市中心医院住院医技综合大楼 DSA 机房核技术利用改扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2023〕43号）、益阳市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、益阳市中心医院为了缓解现有心内介入中心 DSA 机房的手术负荷，给医院患者提供更优质、便捷的就诊环境，医院拟将住院医技综合大楼四楼心内介入中心办公室、休息室和库房区域改建 1 间 DSA 机房，并新购 1 台数字减影血管造影 X 射线机（以下简称“DSA”）安装在改建机房内。DSA 的设备参数为 125kV/1250mA，本项目 DSA 属于 II 类射线装置。本项目总投资 900 万元，其中环保投资 50 万元，占总投资 5.56%。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

（六）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、益阳市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023 年 7 月 11 日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，益阳市生态环境局。