关于安化县人民医院核技术利用建设项目 环境影响报告表的批复

安化县人民医院：

你医院报送的《关于申请审批安化县人民医院核技术利用建设项目的请示》、湖南省生态环境事务中心《关于安化县人民医院核技术利用建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2023〕24号）、益阳市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、安化县人民医院位于湖南省益阳市安化县东坪镇迎春路7号。因诊疗工作需要，安化县人民医院拟将医院综合楼一层放射医学影像中心部分用房改造为DSA机房及配套用房，并在机房内新增使用一台DSA开展放射诊疗工作。DSA的设备参数为125kV/1000mA，属于II类射线装置。本项目总投资580万元，其中环保投资69万元，占总投资的11.9%。

二、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量

检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

（六）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按要求在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、益阳市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023 年 5 月 6 日

抄送：湖南省辐射环境监督站，益阳市生态环境局。