关于双峰县人民医院核技术利用项目 环境影响报告表的批复

双峰县人民医院：

你医院报送的《建设项目环境影响评价文件审批申请书》、湖南省生态环境事务中心《关于双峰县人民医院核技术利用项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2023〕21号）、娄底市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、双峰县人民医院对医院门急诊北楼一层预留介入中心进行了防护改造，并在介入中心新增了1台DSA。DSA的型号为Azurion7M 20，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，属于II类射线装置。项目总投资900万元，其中环保投资66.9万元，占比7.43%。

二、在项目运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立

规范的档案，加强档案管理。

（三）做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

（六）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

三、你医院在拿到本批复后应尽快重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、娄底市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023 年 5 月 4 日

抄送：湖南省辐射环境监督站，娄底市生态环境局。