

关于长沙盈康肿瘤医院有限公司新增移动式 C形臂X射线机项目环境影响报告表的批复

长沙盈康肿瘤医院有限公司：

你医院报送的《关于申请审批长沙盈康肿瘤医院有限公司新增移动式C形臂X射线机项目的请示》、湖南省生态环境事务中心《关于洪江市人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2023〕26号）、长沙市生态环境局的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、长沙盈康肿瘤医院有限公司位于长沙市天心区桂花坪街道石碑管区家具工业小区。本项目拟建地点位于医院北楼二楼西北角库房。2022年，医院拟将该库房改造为CT机房，并新增使用一台CT（备案登记号：20224301030000114）。在建设过程中，医院根据使用需求调整，决定将该机房改建为小C臂手术室（备案登记号：202343010300000014），在3#手术室防护装修完工后，医院考虑到后期发展需要，拟将原计划使用的小C臂机改为一台移动式C形臂X射线装置开展介入诊疗工作。该移动式C形臂X射线装置型号为Zenition70 FD15，主要用于外周介入、神经介

入及血管介入，属于Ⅱ类射线装置，其最大管电压为 120kV，最大管电流为 125mA。目前手术室已按照计划的小 C 臂机房环评登记表要求建设完成（含防护工程及装修），设备尚未安装，本项目依托现有手术室的防护和装修，仅对设备进行更换。本项目总投资 600 万元，其中环保投资 14.12 万元，占总投资的 2.35%。

二、在项目运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应完善并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（二）做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量检测和辐射安全培训工作，做到辐射工作人员持证上岗，并建立规范的档案，加强档案管理。

（三）做好射线装置机房的辐射防护工作，落实门灯连锁及警示标识等安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）定期开展场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，并妥善保存监测记录。

（五）按要求开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的年度评估报告。

（六）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

三、你医院在该项目竣工投入使用前须到我厅重新办理辐射安全许可证，并按照规定做好环保竣工验收工作，按时在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收相关信息。

四、长沙市生态环境局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省生态环境厅

2023年5月9日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，长沙市生态环境局。