

湘环许决字〔2024〕103号

湖南省生态环境厅

关于武冈展辉医院医技楼 DSA 机房 改扩建项目环境影响报告表的批复

武冈展辉医院：

你医院（注册地址：邵阳市武冈市春园西路102号，法定代表人：吕锋，统一社会信用代码：914305815635361918）提出的建设项目环境影响评价审批报告表（辐射类）核技术利用行政许可申请，本厅已依法于2023年12月28日受理，并完成了受理公示和拟审查公示。经审查，你医院委托湖南省湘环环境研究院有限公司编制的并通过专家评审取得审查意见的《武冈展辉医院医技楼 DSA 机房改扩建项目环境影响报告表》符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我厅决定准予行政许可，并要求如下：

一、为缓解现有医技楼一层 DSA 机房的手术负荷，武冈展辉医院拟将医技楼一层介入科利用现有的介入医护办公室、阅片室等用房改建成1间 DSA 机房及其控制室、设备间等辅助用房，并新购1台数字减影血管造影 X 射线机（以下简称“DSA”）安装在改建机房内，DSA 的型号为 Azurion 5M20，设备参数为

125kV/1000mA，属于Ⅱ类射线装置。本项目总投资 600 万元，其中环保投资 50 万元，占总投资 8.33%。

二、根据湖南省湘环环境研究院有限公司对本项目的环评分析结论、专家评审意见及湖南省生态环境事务中心技术评估意见（《湖南省生态环境事务中心关于武冈展辉医院医技楼 DSA 机房改扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘环事评辐〔2024〕6 号）），我厅原则同意环境影响报告表的总体评价结论和各项环境保护措施。该项目须严格按照《报告表》中所述的规模、内容、地点、污染防治措施进行建设。

三、在项目建设和运行管理中，你医院必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）你医院应按照环评报告要求完善辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度，确保各项制度的有效性和可操作性。

（二）本项目的所有辐射工作人员应按要求参加辐射安全和防护培训并取得合格证书，做到持证上岗，并做好岗前职业健康体检；建立健全个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

（三）做好 DSA 机房的辐射防护工作，落实各项安全措施。加强射线装置的安全监管，严格操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）按照环评要求配备辐射剂量监测仪和个人剂量报警仪等，严格落实辐射监测方案，定期开展场所辐射水平监测，规范编写、按时上报年度评估报告，落实安全责任制。

（五）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息准确完整。

四、若项目建设内容发生重大变更时必须重新向我厅申请办理环境保护审批手续，若自批复之日起超过5年方开工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

五、根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的有关规定，你医院须据此批复文件并满足相关条件办理辐射安全许可证后，相关场所、设备方可投入使用。项目竣工后须按照有关规定及时开展环保验收，并按照规定在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台及时填报验收相关信息。

六、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至邵阳市生态环境局，本项目由邵阳市生态环境局负责日常监督管理工作。

你单位如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向湖南省人民政府申请行政复议，或者六个月内向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。

湖南省生态环境厅

2024年2月7日

抄送： 湖南省辐射环境监督站，邵阳市生态环境局。