

# 湖南省生态环境厅

## 关于衡东县人民医院核技术利用扩建项目 环境影响报告表的批复

衡东县人民医院：

你医院（地址：衡阳市衡东县城关镇衡东大道392号，法人：陈永忠，统一社会信用代码：12430424445608043Q）提出的建设项目环境影响评价审批报告表（辐射类）核技术利用行政许可申请，本厅已依法于2024年5月9日受理，于5月15日起开展了技术评估，并已完成受理公示和拟审批公示。经研究，批复如下：

一、你医院提交的《关于衡东县人民医院核技术利用扩建项目申请环评批复的报告》及有关材料符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款规定，我厅决定准予行政许可。

二、建设内容为在医院新住院楼外北侧建设一个6MV直线加速器机房放射治疗场所，新增一台6MV的医用直线加速器设备（型号待定，最大X射线能量：6MV，剂量率：FFF模式1400cGy/min），医用直线加速器属于II类射线装置。根据长沙宏伟环保科技有限公司对本项目的环评分析结论、专家评审意见及湖南省生态环境

事务中心技术评估意见(《湖南省生态环境事务中心关于衡东县人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》(湘环事评辐〔2024〕49号),我厅原则同意环境影响报告表的总体评价结论和各项环境保护措施。该项目须严格按照《报告表》中所述的规模、地点、性质、污染防治措施进行建设。

三、在项目实施和运行管理中应重点做好如下工作:

(一)你医院应按照环评报告要求完善辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度,确保各项制度的有效性和可操作性。

(二)本项目的所有辐射工作人员应按要求参加辐射安全和防护培训并取得合格证书,做到持证上岗,并做好岗前职业健康体检;建立健全个人剂量和职业健康档案,所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

(三)根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和环评报告表预测,该项目实施后你医院公众和职业照射剂量约束值分别执行0.2mSv/a和5mSv/a。

(四)直线加速器机房采取的防护措施应满足《放射治疗放射防护要求》(GBZ121-2020)的要求。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)要求,应对直线加速器工作场所实行分区管理。机房周围应设置电离辐射警告标志及中文警示说明,配置安全联锁、急停按钮、通风系统等安全措施。

(五)按照环评要求配备辐射剂量监测仪和个人剂量报警仪等,严格落实辐射监测方案,定期开展场所辐射水平监测,监测记录长期保存。

四、项目竣工后须按照有关规定及时开展环保验收，并按照规定要求在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”及时填报验收相关信息。

五、本项目由衡阳市生态环境局负责日常监督管理工作。你医院应在收到本批复后15个工作日内，将批复后的环境影响报告表及批复送至衡阳市生态环境局。

你医院如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向湖南省人民政府申请行政复议，或者六个月内向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。

附件：相关法律法规内容

湖南省生态环境厅

2024年6月24日

## 附件

### 相关法律法规内容

一、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款：申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。

二、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款：建设项目的环境影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的生态环境主管部门审批。

三、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款：审批部门应当自收到环境影响报告书之日起六十日内，收到环境影响报告表之日起三十日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。

抄送：湖南省辐射环境监督站，湖南省生态环境事务中心，衡阳市生态环境局。