

湖南省生态环境厅

关于南县人民医院放疗中心新增后装治疗机房 建设项目环境影响报告表的批复

南县人民医院：

你医院（注册地址：湖南省益阳市南县南洲镇丁家城12组，法定代表人：宁其刚，统一社会信用代码：12430921446999576T）提出的建设项目环境影响评价审批报告表（辐射类）核技术利用行政许可申请，本厅已依法于1月6日受理，并已完成受理公示、技术评估和拟审批公示。经研究，批复如下：

一、你医院提交的《湖南省生态环境厅建设项目环境影响评价文件审批申请书》及有关材料符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款规定，我厅决定准予行政许可。

二、南县人民医院拟在放疗中心大楼一楼新建一个后装治疗机房，配备1台后装治疗机（生产单位：山东新华医疗器械股份有限公司，规格型号：XHDR18），配备2枚Ⅲ类放射源Ir-192（在旧源即将退役时购进新源，新源安装后，旧源铅罐封存后在后装机房保险柜内暂存，同时按照要求开展并完成废源回收手续，不存在两枚放射源同时使用的情况），放射源的活度均为

3.7E+11Bq，用于肿瘤治疗。根据长沙宏伟环保科技有限公司对本项目的环评分析结论、专家评审意见及湖南省辐射环境监督站技术评估意见（《湖南省辐射环境监督站关于南县人民医院放疗中心新增后装治疗机房建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘辐评〔2026〕7号）），我厅原则同意环境影响报告表的总体评价结论和各项环境保护措施。该项目须严格按照《报告表》中所述的规模、地点、性质、污染防治措施及辐射安全防护措施进行建设。

三、在项目实施和运行管理中应重点做好如下工作：

（一）本项目后装机机房的辐射安全防护设计应满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）及《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）的要求。

（二）本项目应按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求进行分区管理，并在控制区的进出口及其他适当位置处设立电离辐射警告标志。

（三）辐射工作场所应配备与辐射类型和辐射水平相适应的多种监测设备，包括固定式辐射剂量监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及便携式辐射监测仪等，定期对辐射工作场所及周围环境进行辐射监测，监测记录长期保存。

（四）使用后装机的操作人员和相关管理人员应按要求取得辐射安全和防护合格证书，做到持证上岗；建立健全个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

（五）放射源的购买应严格按照国家相关规定办理审批备案手续，并加强台账管理，做到账物相符。

(六) 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和环评报告表预测,该项目实施后你单位公众和职业照射剂量约束值分别执行 0.1mSv/a 和 5mSv/a。

(七) 你单位应按照环评报告要求完善辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度,确保各项制度的有效性和可操作性。

四、项目竣工后须按照有关规定及时开展环保验收,并按照规定要求在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”及时填报验收相关信息。

五、本项目由益阳市生态环境局负责日常监督管理工作。你医院应在收到本批复后 15 个工作日内,将批复后的环境影响报告表及批复送至益阳市生态环境局。

你医院如对本批复不服,可以在收到决定书之日起六十日内依法向湖南省人民政府申请行政复议,或者六个月内向长沙铁路运输法院提起行政诉讼。

附件:相关法律法规内容

湖南省生态环境厅

2026 年 2 月 27 日

附件

相关法律法规内容

一、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款:申请人的申请符合法定条件、标准的,行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。

二、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款:建设项目的环境影响报告书、报告表,由建设单位按照国务院的规定报有审批权的生态环境主管部门审批。

三、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款:审批部门应当自收到环境影响报告书之日起六十日内,收到环境影响报告表之日起三十日内,分别作出审批决定并书面通知建设单位。

抄送: 湖南省辐射环境监督站, 益阳市生态环境局。