

湖南省生态环境厅

关于衡阳市中心医院奇峰院区放疗中心核技术 利用建设项目环境影响报告表的批复

衡阳市中心医院：

你医院（注册地址：湖南省衡阳市雁峰区雁城路10号，法定代表人：尹军，统一社会信用代码：12430400445430513H）提出的建设项目环境影响评价审批报告表（辐射类）核技术利用行政许可申请，本厅已依法于3月20日受理，并已完成受理公示、技术评估和拟审批公示。经研究，批复如下：

一、你医院提交的《湖南省生态环境厅建设项目环境影响评价文件审批申请书》及有关材料符合国家建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款规定，我厅决定准予行政许可。

二、为提升肿瘤患者医疗救治能力，衡阳市中心医院拟在衡阳市中心医院奇峰院区西北角预留发展用地（土地用地性质为医疗卫生用地）建设放疗中心，规划建设2间加速器机房以及相关

辅助用室。本项目拟在每间加速器机房各配备 1 台医用直线加速器开展放射治疗工作，其中加速器机房二中拟放置 1 台新购的医用电子直线加速器（X 射线最大能量为 10MV，电子线最大能量为 16MeV）、拟将医院雁峰院区放疗科现有 1 台瓦里安 Vital Beam 型医用电子直线加速器（X 射线最大能量为 10MV，电子线最大能量为 16MeV）搬迁至加速器机房一使用。直线加速器属于 II 类射线装置。根据核工业二三〇研究所对本项目的环评分析结论、专家评审意见及湖南省辐射环境监督站评估意见（《湖南省辐射环境监督站关于衡阳市中心医院奇峰院区放疗中心核技术利用建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（湘辐评〔2026〕17 号）），我厅原则同意环境影响报告表的总体评价结论和各项环境保护措施。该项目须严格按照《报告表》中所述的规模、地点、性质、污染防治措施及辐射安全防护措施进行建设。

三、在项目实施和运行管理中应重点做好如下工作：

（一）本项目直线加速器机房的辐射安全防护设计应满足《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）及《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）的要求。

（二）本项目应按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求进行分区管理，并在控制区的进出口及其他适当位置处设立电离辐射警告标志。

（三）辐射工作场所应配备与辐射类型和辐射水平相适应的多种监测设备，包括固定式辐射剂量监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及便携式辐射监测仪等，定期对辐射工作场所及周围

环境进行辐射监测，监测记录长期保存。

（四）本项目所有工作人员、相关管理人员应按要求取得辐射安全和防护合格证书，做到持证上岗；建立健全个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按的要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

（五）根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和环评报告表预测，该项目实施后你单位公众和职业照射剂量约束值分别执行 0.1mSv/a 和 5mSv/a。

（六）你单位应按照环评报告要求完善辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度，确保各项制度的有效性和可操作性。

四、若项目建设内容发生重大变更时必须重新向我厅申请办理环境保护审批手续，若自批复之日起超过 5 年方开工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

五、项目竣工后须按照有关规定及时开展环保验收，并按照规定在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”及时填报验收相关信息。

六、本项目由衡阳市生态环境局负责日常监督管理工作。你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复后的环境影响报告表及批复送至衡阳市生态环境局。

你医院如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向湖南省人民政府申请行政复议，或者六个月内向长沙铁路

运输法院提起行政诉讼。

附件：相关法律法规内容

湖南省生态环境厅
2026年4月30日

附件

相关法律法规内容

一、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款：申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。

二、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款：建设项目的环境影响报告书、湖南省辐射环境监督站，怀化市生态环境局。报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的生态环境主管部门审批。

三、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款：审批部门应当自收到环境影响报告书之日起六十日内，收到环境影响报告表之日起三十日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。

抄送： 湖南省辐射环境监督站，衡阳市生态环境局。